

# NITRILE GLOVES — Excellent Series —

Choose Our technology , NOW !!



**NBR-2600**

For medical

**NBR-2700**

For multipurpose

Sanko Chemical Industry Co.,LTD

三興化学工業株式会社

# NITRILE GLOVES – Excellent Series –



非天然ゴム製検査検診用手袋

エ ク セ レ ン ト N B R - 2 6 0 0



✓ 一般医療機器（医科・歯科）

✓ フェンタニル（麻薬性鎮痛薬）試験済み

✓ ASTM D6978-05抗癌剤試験検証済み

✓ EN16523-1化学物質透過試験検証済み


✓ Goodpac™ Technology

特許技術である均一に積み重ねられたパッキング手法（完全に自動化された包装で無駄と汚染を防ぐ技術）



“手袋のスムーズな取出しによるストレスフリー”へ

高密度パッキングにより1枚ずつ取出す事が可能

Goodpac™ Technology (NBR-2600)




交互且つ均一に積み重ねられた手袋





交互に折り重ねている為、200枚重ねても余計な空間が出来ず、体積の削減を可能としている（指同士が絡まりにくい為、取出しがスムーズに）また取出しの際には、無駄な取り出しを防ぐ事によりコストを削減し、手袋の汚染を防ぐ事が可能。

従来品



同一方向にパッキング



同一方向にパッキングしている為、指と指が絡まり、また隙間に空間が混入することによって体積が増大。また取出しの際には複数の手袋が引き出される可能性が高く、これにより無駄なコストがかかる。

製品ラインナップ

(基準値)

品番	272610	272620	272630	272640
JANコード	4901835 272616	4901835 272623	4901835 272630	4901835 272647
サイズ	SS	S	M	L
全長(Min)	230mm	230mm	230mm	230mm
掌部幅	76mm	86mm	98mm	107mm
指先膜厚	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm
パッケージカラー				

入数 = 1箱200枚×10箱

Contact us ; 三興化学工業株式会社

本社：〒739-0611広島県大竹市新町2-11-4  
TEL0827-52-3111 FAX0827-53-7622

東京支店：〒101-0043東京都千代田区神田富山町30-2吉田ビル3F  
TEL03-5296-9580 FAX03-5296-9581

JMDN CODE : 70976000  
医療機器届出番号 : 34B2X00006000023

